

혈액제제 보존·공급업무를 하는 경우에 갖추어야 할 시설·장비

| 시 설 | 장 비 | 비 고 |
|----------------------|--|---|
| <p>보존·공급실</p> | <p>가. 혈액전용냉장고 나. 혈액전용냉동고(동결 혈액제제를 공급하는 혈액원에 한한다) 다. 혈소판교반기(혈소판이 포함된 혈액제제를 공급하는 혈액원에 한한다) 라. 현미경 및 교차적합성검사용원심분리기(검사실의 것을 겸용할 수 있으며, 교차적합성검사를 하지 않는 혈액원은 해당하지 않음) 마. 전기항온수조기(신선동결혈장을 해동하여·공급하는 혈액원에 한한다) 바. 보존온도 유지장치 사. 유지온도 기록장치</p> | <p>제제실이 있는 경우에는 제제실을 공급실로 겸용할 수 있다. 혈액전용냉장고 및 혈액전용냉동고는 채혈실 또는 제제실의 것을 겸용할 수 있다.</p> |